Stand: 05/2011

D E S I N F E K T I O N S P L A N

Instrumentenaufbereitung

Muster ohne Anspruch auf Vollständigkeit und Richtigkeit

	WAS	WOMIT	Menge Einwirkzeit	WIE	WANN	WER?
	Hygienische Händedesinfektion	**Sterillium Virugard** **Sterillium Virugard** umfassend viruzid	konz. 30 sec. **konz. 30 sec.** Konz.2 Min satte Benetzung	Desinfektionsmittel aus Direktspender in die trockenen Hände geben. Gründlich über die Hände verteilen und einreiben. Insbesondere sind Fingerkuppen und Nagelfalz zu beachten. **Merke:** **Kein Wasser zugeben.** **Einwirkzeit beachten.**	Nach Kontakt mit (potentiell) infektiösem Material. Nach jedem Ablegen von Schutzhandschuhen. Bei Verlassen des Raumes. Bei Bedarf.	**alle Mitarbeiter**
	Händewaschung **Hautpflege Hände** !Hautschutzplan beachten!	**Baktolin basic pure** **Baktolan**		Waschlotion aus Direktspender in die Hände geben und gut mechanisch reinigen. Gründlich abspülen und anschließend mit Einmalhandtüchern Hände sorgfältig trocknen. Creme aus Direktspender/Tube in die Hände	Bei sichtbarer Verschmutzung. Bei Bedarf. Mehrmals täglich.	**alle Mitarbeiter**
	**Spender für** -Desinfektionsmittel -Waschlotion -Einmalhandtücher -Hautpflege	**Meliseptol foam pure mit Wipes Tücher**	konz. 5Min	Desinfizierende Feucht-Wisch-Methode. Nicht nachtrocknen.	Mind. 1 x monatlich sowie vor Ersetzen des Inhalts. Bei Bedarf.	**Med. Personal**
	Reinigung & Desinfektion Gerät **Zubehör Koloskop** **PE – Zange** **Schlinge**	**Sekusept aktiv** **Sekusept aktiv** **Sekusept aktiv**	2,0 % - 10 min 2,0 % - 10 min 2,0 % - 10 min	Sekretglas ausgießen in Entsorgung Desinfektion 10 min Spülen Schläuche: Desinfektion 10 min Spülen Trocknen mit Druckluft Endoskop Kompressor Wasserflasche Koloskop – Reinigung & Desinfektion Auseinandernehmen, Grobsäuberung mit Bürste unter Wasser Schlauch Durchspülen mit Wasser Klemme an PE Zange damit diese geöffnet bleibt Abspülen mit entmineralisiertem Wasser Trocknen mit Druckluft Weiter zur Sterilisation siehe unten	Direkt nach Gebrauch.	**Med. Personal**
	maschinelle Instrumenten-Aufbereitung **Vorreinigung Ultraschall** **Reinigung und Desinfektion maschinell Miele G7872** **Pflege** **Verpacken** **Sterilisation**	 **Programm ECO Standard** **Vacuklav43-B** **Programm „Schnell B“** **134°- 5min**	 Chargenkontrolle:	**Endoskope** Im Behandlungsraum vorreinigen und Abwurf in Transportwanne Transport in zentralen Aufbereitungsraum stark kontaminierte Instrumente vorreinigen ggf Ultraschallbad Gegenstände in Desinfektions-/Reinigungsautomaten einlegen. Spülschatten vermeiden. Ordnunggemäße Lagerung auf Instrumententräger. Programm starten. **Angaben des Geräteherstellers beachten!** Trocken entnehmen,ggf. mit Druckluft nachtrocknen Funktionsprüfung und Pflege der Intrumente Gelenke mit Weißöl pflegen Vepacken in Klarsicht-Tüten einschweißen (Siegelnaht prüfen!) beachten dass ausreichend große Verpackung geähllt wird! Beladungsmuster beachten! Temp.,Druck,Zeit lt. Audruck Dampfdurchdringung mittels Indikator „Helix“ Farbumschlag Überprüfung Unversehrtheit der Verpackung und Trocken! Behandlungskontrolle Farbumschlag Vepackungs-Indikator Beschriftung der Verpackung mit Chargeninformation Dokumentierte Freigabe (Arbeitsanweisung beachten)	Direkt nach Gebrauch.	**Med. Personal** **Med. Personal** **Med. Personal (benannt)**
	**Oberflächen, z.B.** Arbeitsflächen	**Meliseptol foam pure mit Wipes Tücher**	Konz. 5 Min	Desinfizierende Feucht-Wisch-Methode. Nicht nachtrocknen.	Sofort nach Abschluss Desinfektionsarbeiten (während Programm RDG läuft)	**benannte Person**
	**Fußboden**	**Hexaquart plus lemon fresh**	1,0 % - 60 min.	Desinfizierende Feucht-Wisch-Methode, Bezugs-Wechsel Methode. Nicht nachtrocknen.	In regelmäßigen Abständen, d.h. täglich. Bei Bedarf.	**benannte Person**
	Spülbecken	**Meliseptol foam pure mit Wipes Tücher**	konz. 5 Min	Desinfizierende Feucht-Wisch-Methode. Nicht nachtrocknen.	Sofort nach Abschluss Desinfektionsarbeiten (während Programm RDG läuft)	**benannte Person**
	Abfalleimer **B-Müll** **C-Müll**	**Hexaquart plus lemon fresh**	1,0 % - 60 min.	Desinfizierende Feucht-Wisch-Methode. Nicht nachtrocknen.	In regelmäßigen Abständen, d.h. täglich Bei Bedarf.	**benannte Person**

Verbände, alle Einwegprodukte, Spitze, scharfe und zerbrechliche Gegenstände dürfen nur in spezielle Behälter gegeben werden.
Entsorgung über ein qualifiziertes Unternehmen / Dokumentation der Entsorgung durch Übernahmeschein

Merke

>Bei Desinfektionsmaßnahmen sind Konzentration und Einwirkzeit zu beachten! Desinfektionslösungen sind immer mit kaltem Wasser anzusetzen!

>Bei Umgang mit Desinfektionsmitteln, die nicht für die Anwendung am menschlichen Körper vorgesehen sind, sind Schutzhandschuhe zu tragen!

Tragen von geeigneter Schutzausrüstung (PSA) beachten!

Die Berufsgenossenschaftliche Regel 250 und die RKI-Richtlinie müssen berücksichtigt werden!

RMP med
Steffen Roßberg
Medizinische Produkte e.K.
Tulpenstraße 4
D-01705 Freital
Telefon 0351 648 9266
Telefax 0351 648 9277
E-Mail: info@rmp-med.de

sterilgutkreislauf.de